

ANEXO CONVOCATORIA

13/2022

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Equipo de referencia: NUMAK LS-50HD Autoclave vertical automático de 50 Lts. Estructura realizada en su totalidad en acero inoxidable con rueda de seguridad en su parte superior para una apertura rápida con sistema de burlete de sellado de cámara. Control automático del ciclo de esterilización, con descarga automática de aire frío, y descarga de vapor automática al finalizar el ciclo. Display LCD que indica el estado de trabajo del equipo. Protección contra sobretensión y sobrepresión, así como de falta de agua. Emisión de señal sonora cuando finaliza el ciclo y queda en stand-by. Especificaciones: Rango de temperatura: 105°C - 134°C. Homogeneidad de temperatura: 1°C. Rango de tiempo: 0 - 99 minutos o 0 - 99 horas:59 minutos. Presión máxima de trabajo: 0,23 MPa. Canastos: 2, de medidas 31,5 cm diámetro x 25 cm altura, cada uno. Volumen: 50 litros. Alimentación eléctrica: 220V 50Hz. Consumo: 3KW. Dimensiones del tanque: 55 cm de profundidad X 34 cm de diámetro. Dimensiones del equipo: 51 x 47 x 113 cm (largo, ancho, altura).</p>	