ANEXO CONVOCATORIA

16/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	CUBO C-FL AT GFP/FITC LP, equipado con filtro excitador 465-495, espejo dicroico 505 y filtro de emisión 515 es pasa alto. Accesorio para ser usado en microscopio de fluorescencia Nikon modelo Ti. Código: 96225 Marca: NIKON INSTRUMENTS	
2	CUBO C-FL AT TRITC/CY3 LP, equipado con filtro excitador 528-553, espejo dicroico 565 y filtro de emisión 575, es pasa alto. Accesorio para ser utilizado en microscopio de fluorescencia Nikon modelo Ti Código: 96228 Marca: NIKON INSTRUMENTS	